

PODMIENKY REALIZÁCIE METROLOGICKEJ KONTROLY A EVIDENCIE MERADIEL

1. Služba vedenia evidencie meradiel v zmysle ust. § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrologii“) bude vedená v informačnom systéme vykonávateľa „EOS“ s on-line prístupom pre objednávateľa prostredníctvom webovej stránky www.slm.sk. Databáza meradiel bude sprístupnená Objednávateľovi na základe poskytnutého mena a hesla s možnosťou objednávateľa prehliadať údaje databázy a navrhovať ich zmenu. Za následnú aktualizáciu databázy je zodpovedný objednávateľ.
2. SLM uskutoční aktualizáciu elektronickej databázy meradiel najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania informácie v písomnej forme (e-mailom) o vykonanej operácii súvisiacej s meradlami objednávateľa. Operáciou sa rozumie uvedenie do používania u nových meradiel, vyradenie z používania u existujúcich meradiel, presun a zámena meradla a metrologické výkony. Objednávateľ informuje SLM o daných operáciách písomne (e-mailom) do 7 dní odo dňa realizácie operácie alebo priamo prostredníctvom elektronickej databázy vedenej v informačnom systéme SLM.
3. Ak SLM zabezpečuje metrologické služby overenia a kalibrácie meradiel, aktualizáciu elektronickej databázy meradiel uskutoční najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa realizácie metrologického výkonu.
4. Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel je vykonávané v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania metrologických výkonov a služieb, ktoré sú dostupné na www.slm.sk a na každom pracovisku SLM, n. o.
5. Miestom plnenia služieb metrologickej kontroly sú priestory SLM.
6. V prípade, že meradlo nemožno vzhľadom na jeho špecifické podmienky inštalácie, používania alebo iné parametre predložiť na metrologický výkon a na pracovisko SLM, alebo ak sa zmluvné strany na tom dohodnú, metrologický výkon sa poskytne na mieste používania meradla ako externý výkon.
7. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať overenie a/alebo kalibráciu meradiel uvedených v evidencii meradiel vedenej SLM v zmysle bodu 1, pričom termín realizácie metrologického výkonu určí SLM s prihliadnutím na uplynutie termínu platnosti overenia a/alebo kalibrácie. V prípade, že Objednávateľ neprejaví námietky s určeným termínom, a to minimálne dva dni pred vykonaním metrologického výkonu, tento termín sa považuje za dohodnutý. Objednávateľ je však povinný dodržiavať ustanovenie bodu 2.
8. SLM má právo objednávateľovi optimalizovať a zjednotiť termíny výkonu overenia/kalibrácie vedenej v Evidencii meradiel s ohľadom na počet meradiel a ich umiestnenie.
9. SLM sa zaväzuje v primeranom časovom predstihu pred dňom ukončenia termínu kalibrácie, alebo ukončenia platnosti overenia meradiel e-mailom informovať objednávateľa o termíne realizácie metrologického výkonu a upozorniť objednávateľa na potrebu pripraviť meradlá k metrologickej kontrole.
10. Ak je miestom plnenia podľa tejto zmluvy miesto používania meradla, objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť technickým zamestnancom SLM, ktorí sa preukážu služobným preukazom a na ich žiadosť, potrebnú spoluprácu a zaistiť technické podmienky na zabezpečenie metrologického výkonu (§ 25 ods. 4 zákona o metrologii).
11. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre SLM prístup k meradlu, resp. je povinný odovzdať SLM meradlo za účelom vykonania metrologického výkonu v termíne a mieste podľa pokynov SLM. Meradlo môže byť po dohode so SLM doručené osobne na príslušné pracovisko prostredníctvom zasielateľskej služby alebo poštou.
12. V prípade nepredloženia meradiel objednávateľom v zmysle predchádzajúceho bodu je SLM oprávnená účtovať Objednávateľovi náhradu vo výške daného metrologického výkonu.
13. Objednávateľ spolu s meradlom odovzdá SLM potrebné technické príslušenstvo (veci, ktoré sú určené na to, aby sa s meradlom trvalo užívali), u určeného meradla na overenie aj číslo rozhodnutia o schválení typu meradla, prípadne ďalšie náležitosti, ktoré určí dodávateľ a ktoré sú nevyhnutné k metrologickej kontrole alebo meraniu. Návod na obsluhu, údaje o parametroch a technickú dokumentáciu o meradle objednávateľ predloží na požiadanie v štátnom jazyku.
14. Vecou na poskytnutie metrologického výkonu je meradlo Objednávateľa bližšie špecifikované v databáze meradiel – „Evidencia meradiel“ aktualizovanej postupom bodu 2. a 3. Meradlá musia byť v bezchybnom stave, spĺňať technické parametre udané výrobcom a u určených meradiel musia byť spôsobilé na overenie podľa § 25 ods. 6 zákona o metrologii aj v čase predloženia na metrologickú kontrolu.
15. Meradlo, ktoré nie je spôsobilé na metrologickú kontrolu, môže byť predložené k metrologickému výkonu až po odstránení nedostatkov.
16. O overení určeného meradla, ktoré vyhovie požiadavkám zákona o metrologii vydá SLM doklad o overení alebo meradlo označí overovacou značkou. V prípade, keď SLM označí meradlo overovacou značkou, za úhradu vydá aj doklad o overení, ak o to požiada objednávateľ. Dokladom o overení je certifikát o overení. O kalibrácii meradla vydá SLM doklad o kalibrácii a meradlo označí kalibračným štítkom.
17. V prípade, že sa meradlo, na ktorom sa má realizovať alebo bol realizovaný metrologický výkon, zasiela externou prepravnou a kuriérskou spoločnosťou alebo

poštou, zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán, ktorá meradlo preberie, je povinná do 24 h od jeho prevzatia oznámiť akékoľvek zjavné vady, poškodenie, či poruchu takto prepravovaného meradla.

18. Overenie určeného meradla pozostáva v zmysle § 25 ods. 1 zákona o metrológii zo skúšky určeného meradla, potvrdenia zhody určeného meradla so schváleným typom a zhody určeného meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh overovaného určeného meradla. Ak druh určeného meradla schváleniu typu nepodlieha, overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky určeného meradla a potvrdenia zhody určeného meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh overovaného určeného meradla.